



Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy  
z siedzibą w **DZIEKANOWIE LEŚNYM**  
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65  
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny, dn. 28.10.2015r.

DZ/247/X/2015

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania DZ/09/2015**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 207.000 euro na: **Dostawę, montaż i uruchomienie aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych z systemem radiografii typu CR oraz dostosowaniem pomieszczeń do wymagań pracowni RTG w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (DZ/09/2015)**

W oparciu o art. 38 ust 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie:

1. W SIWZ w rozdziale III. Określenie przedmiotu zamówienia w punkcie 9 g) było:  
pkt 9 g) „w okresie naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 14 dni dostarczony zostanie porównywalny aparat zastępczy”  
Powyższy zapis zmienia się na następujący:  
pkt 9 g) „w okresie naprawy gwarancyjnej urządzenia systemu radiografii typu CR, trwającej powyżej 14 dni dostarczone zostanie porównywalne urządzenie zastępcze”
2. W SIWZ w rozdziale III. Określenie przedmiotu zamówienia w punkcie 9 h) było:  
pkt 9 h) „Wykonawca dokona wymiany sprzętu na nowy w przypadku, gdy był on poddany 3 wymianom gwarancyjnym tego samego elementu a uszkodzenia nie były spowodowane z winy użytkownika.”  
Powyższy zapis zmienia się na następujący:  
pkt 9 h) „Wykonawca, w przypadku 3 nieskutecznych napraw tego samego modułu urządzenia, zobowiązuje się do wymiany tego modułu na nowy.”
3. W SIWZ w rozdziale III. Określenie przedmiotu zamówienia w punkcie 9 dodaje się punkt k) w następującym brzmieniu:  
pkt. 9 k) „Wykonawca wykona integrację dostarczonego urządzenia systemu radiografii cyfrowej pośredniej z systemem PACS/RIS Zamawiającego bez dodatkowych kosztów.  
Ponadto Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp administracyjny celem dodawania/konfiguracji przeznaczenia (m.in. adres IP, nazwa) wysyłki zeskanowanych za pośrednictwem dostarczanego urządzenia obrazów bez jakichkolwiek ograniczeń.
4. W §6 ust. 4 Gwarancja, rękojmia załącznika nr 8 do SIWZ Projekt umowy, było:  
§6 ust. 4 „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie powinien być dłuższy niż 30 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej, e-mailem lub faxem. Fakt zgłoszenia awarii Wykonawca potwierdzi w tej samej formie, w której otrzymał od zgłaszającego awarię”  
Powyższy zapis zmienia się na następujący:  
§6 ust. 4 „Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie powinien być dłuższy niż 14 dni od zgłoszenia w formie telefonicznej, e-mailem lub faxem. Fakt zgłoszenia awarii Wykonawca potwierdzi w tej samej formie, w której otrzymał od zgłaszającego awarię.”
5. W §6 ust. 5 Gwarancja, rękojmia załącznika nr 8 do SIWZ Projekt umowy, było:  
§6 ust. 5 „W okresie naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 14 dni dostarczony zostanie porównywalny aparat zastępczy”  
Powyższy zapis zmienia się na następujący:  
§6 ust. 5 „W okresie naprawy gwarancyjnej urządzenia systemu radiografii typu CR, trwającej powyżej 14 dni dostarczone zostanie porównywalne urządzenie zastępcze.”

6. W załączniku nr 8 do SIWZ Projekt umowy §8 Kary umowne w ust. 1 było:  
ust. 1 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie”.  
Powyższy zapis zmienia się na następujący:  
ust. 1 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) w przypadku opóźnienia w dostawie do 10 dni - w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin wskazany w § 3 ust. 1,  
b) w przypadku opóźnienia w dostawie powyżej 10 dni - w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin wskazany w § 3 ust. 1”
7. W załączniku nr 8 do SIWZ Projekt umowy §8 Kary umowne w ust. 4 było:  
ust. 4 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu porównywalnego aparatu zastępczego, w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni.”  
Powyższy zapis zmienia się na następujący:  
ust. 4 „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu uszkodzenia/ awarii ponad 14 dni,  
b) w wysokości 0,1% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie porównywalnego urządzenia zastępczego systemu radiografii typu CR.”

Pozostałe, nie wymienione powyżej zapisy pozostają bez zmian.

Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie powyższych modyfikacji.

W związku z powyższą modyfikacją zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega przesunięciu. Termin składania ofert upływa w dniu **02.11.2015r. o godzinie 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się **02.11.2015r. o godzinie 10:30**.

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU  
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
im. Dzieci Warszawy w Dłubekowie Leśnym

*mgr Robert Lasota*