



Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy  
z siedzibą w **DZIEKANOWIE LEŚNYM**  
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65  
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

DZ/224/VII/2016

Dziekanów Leśny dn. 29.07.2016r.

### Wszyscy zainteresowani

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu nr **DZ/07/2016 „Dostawa i montaż na wyposażenia meblowego ruchomego do nowo utworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.”**

W związku z dużą ilością pytań i koniecznością rzetelnego opracowania odpowiedzi zmienia się termin składania ofert na dzień 03.08.2016 godz. 12:00, tym samym termin otwarcia ofert zmienia się na dzień 03.08.2016 godz. 12:30.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pytanie nr 1.

Dotyczy PAKIET II:

Pozycja 1 – zamrażarka podbłatowa

Konkretnie wskazane wymiary oraz reszta opisu wskazuje na konkretnego producenta. Jednakże dany producent na swojej stronie posiada jedną zamrażarkę podbłatową odpowiadającą wymiarom wymaganym przez Zamawiającego o parametrach: 3 szuflady i 4 półki a nie jak to jest wymagane 4 półki i 1 szuflada. W związku z tym czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z 3 szufladami i 4 półkami?

Odpowiedź Ad.1

Tak.

Pytanie nr 2.

Dotyczy PAKIET II:

Pozycja 2 – chłodziarka do leków

Konkretnie wskazane wymiary oraz reszta opisu wskazuje na konkretnego producenta. Jednakże producent na swojej stronie wskazuje zakres temperatury nominalna 5°. W związku z tym czy Zamawiający dopuści chłodziarkę do leków o temperaturze nominalnej 5°?

Odpowiedź Ad.2

Tak.

Pytanie nr 3.

Pakiet I

Poz. 22 zestaw gastronomiczny

Czy dopuszczą Państwo zestaw gastronomiczny:

Kubek o poj. 290ml

Talerz płaski 19 cm

Talerz głęboki 20,5 cm

Miska 14 cm

Miska 18 cm

Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź Ad. 3

Kubek o poj. 290ml – Tak, Talerz płaski 19 cm – Tak, Talerz głęboki 20,5 cm – Nie,  
Miska 14 cm – Nie, Miska 18 cm – Nie.

Pytanie nr 4.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach zewnętrznych 2150 x 970 mm? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź Ad.4

Tak.

Pytanie nr 5.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem wypełnionym profilowanymi, metalowymi lamelami, malowanymi proszkowo?

Odpowiedź Ad.5

Tak.

Pytanie nr 6.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem 4 segmentowym, z czego 3 segmenty są regulowane?

Odpowiedź Ad.6

Tak.

Pytanie nr 7.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne regulacją wysokości leża?

Odpowiedź Ad.7

Tak.

Pytanie nr 8.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kątem odchylenia oparcia pleców od 0 do 72°?

Odpowiedź Ad.8

Tak.

Pytanie nr 9.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne tylko z możliwością regulacji pozycji Trendelenburga od 0 do 13°?

Odpowiedź Ad.9

Tak.

Pytanie nr 10.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga? Ta funkcja nie jest dostępna dla łóżek dwusegmentowych ze stałą wysokością leża.

Odpowiedź Ad. 10

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 11.

Pozycja nr 1 – łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne niewyposażone w listwy ochronne? Rolę odbojów pełnią kółka odbojowe w narożach łóżka.

Odpowiedź Ad.11

Tak.

Pytanie nr 12.

Pozycja nr 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 136 x 69 x 157 cm? W oferowanym łóżku leże ma wymiary 55 x 110 cm.

Odpowiedź Ad.12

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13.

Pozycja nr 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach zewnętrznych 166 x 84 x 157 cm? W oferowanym łóżku leże ma wymiary 70 x 140 cm.

Odpowiedź Ad. 13

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14.

Pozycja nr 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą łóżka podpartą z leżem w 4 punktach? Rozwiązanie to jest stabilniejsze od wymaganego.

Odpowiedź Ad. 14

Tak

Pytanie nr 15.

Pozycja nr 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 36°?

Odpowiedź Ad.15

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 16.

Pozycja nr 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie od 82 do 114 cm?

Odpowiedź Ad.16

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 17.

Pozycja nr 3 – Szafka przyłóżkowa – 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w blat główny i blat boczny wykonany z białego tworzywa ABS, z wystającymi krawędziami, zabezpieczającymi przedmioty przed spadaniem i rozlaniem się płynów?

Odpowiedź Ad.17

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18.

Pozycja nr 3 – Szafka przyłóżkowa – 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w koła jezdne wyposażone w indywidualną blokadę kół umieszczoną przy kołach?

Odpowiedź Ad.18

Tak.

Pytanie nr 19.

Pozycja nr 4 – Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem elektrycznie sterowane – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o wymiarach zewnętrznych 2150 x 970 mm? Parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Odpowiedź Ad.19

Tak.

Pytanie nr 20.

Pozycja nr 4 – Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem elektrycznie sterowane – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z kątem odchylenia oparcia pleców od 0 do 72°?

Odpowiedź Ad.20

Tak.

Pytanie nr 21.

Pozycja nr 4 – Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem elektrycznie sterowane – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne niewyposażone w listwy ochronne? Rolę odbojów pełnią kółka odbojowe w narożach łóżka

Odpowiedź Ad.21

Tak.

Pytanie nr 22.

Pozycja nr 4 – Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem elektrycznie sterowane – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z mechaniczną regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź Ad.22

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wymiary zewnętrzne 2160 x 970 mm?

Odpowiedź Ad.23

Tak.

Pytanie nr 24.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające maksymalne obciążenie 200 kg?

Odpowiedź Ad.24

Tak.

Pytanie nr 25.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt odchylenia oparcia pleców od 0 do 70°?

Odpowiedź Ad.25

Tak.

Pytanie nr 26.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez możliwości przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga?

Odpowiedź Ad.26

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 27.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające szczyty łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w kolorze jasnoszarym?

Odpowiedź Ad.27

Tak.

Pytanie nr 28.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające podstawę jezdnią wyposażoną w cztery koła jezdne o średnicy 125 mm (rdzeń koła osłonięty osłoną), dwa koła z blokadą indywidualną?

M

Odpowiedź Ad.28

Tak.

Pytanie nr 29.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 1 – Łóżko szpitalne – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez listew ochronnych? Krążki odbojowe są wystarczającym rozwiązaniem zabezpieczającym przed uderzeniami.

Odpowiedź Ad.29

Tak.

Pytanie nr 30.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce posiadające wymiary 166 x 86 x 145 cm?

Odpowiedź Ad.30

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 31.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce posiadające konstrukcję w kolorze jasnoszarym?

Odpowiedź Ad.31

Tak.

Pytanie nr 32.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce składające się z leża dwusegmentowego z poręczami bocznymi oraz podstawy połączonej konstrukcją nie kolumnową?

Odpowiedź Ad.32

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 33.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce posiadające regulację segmentu oparcia pleców w zakresie 0 – 72o realizowaną za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź Ad.33

Tak.

Pytanie nr 34.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce posiadające regulację wysokości leża w zakresie 740 – 990 mm?

Odpowiedź Ad.34

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 35.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce posiadające barierki boczne opuszczane mechanizmem umiejscowiony po środku barierki (od strony zewnętrznej) - dźwignia blokady zlokalizowana poza zasięgiem dziecka – regulacja poręczy dokonywana stopniowo w sposób mechaniczny?

Odpowiedź Ad.35

Tak.

Pytanie nr 36.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce wyposażone w 4 koła o średnicy 12,5 cm?

Odpowiedź Ad.36

Tak.

ND

Pytanie nr 37.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 2 – Łóżko dziecięce – 3 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko dziecięce posiadające krążki odbojowe w narożnikach łóżka?

Odpowiedź Ad.37

Tak.

Pytanie nr 38.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 3 – Szafka przyłóżkowa – 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą blaty w kolorze białym?

Odpowiedź Ad.38

Tak.

Pytanie nr 39.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 3 – Szafka przyłóżkowa – 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w szufladę nie zamykaną zamkiem?

Odpowiedź Ad.39

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 3 – Szafka przyłóżkowa – 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową posiadającą cztery koła jezdne, w tym dwa z blokadą indywidualną?

Odpowiedź Ad.40

Tak.

Pytanie nr 41.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wymiary zewnętrzne 2200 x 970 mm?

Odpowiedź Ad.41

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające maksymalne obciążenie 250 kg?

Odpowiedź Ad.42

Tak.

Pytanie nr 43.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające leże czterosegmentowe wypełnione płytami HPL?

Odpowiedź Ad.43

Tak.

Pytanie nr 44.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające wysokość leża od podłoża regulowaną w zakresie 360 – 780 mm?

Odpowiedź Ad.44

Tak.

Pytanie nr 45.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt odchylenia oparcia pleców od 0 do 70o?

Odpowiedź Ad.45

Tak.

Pytanie nr 46.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

M

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 13° i anty-Trendelenburga 14°?

Odpowiedź Ad.46

Tak.

Pytanie nr 47.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne posiadające szczyty wykonane z tworzywa, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w kolorze jasnoszarym oraz możliwością wyboru koloru wklejki?

Odpowiedź Ad.47

Tak.

Pytanie nr 48.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 4 – Łóżko szpitalne – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne bez listew ochronnych? Krążki odbojowe są wystarczającym rozwiązaniem zabezpieczającym przed uderzeniami.

Odpowiedź Ad.48

Tak.

Pytanie nr 49.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 6 – Kozetka lekarska – 12 szt.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wymiarach 510 x 550 x 1880 mm?

Odpowiedź Ad.49

Tak.

Pytanie nr 50.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 8 – Stolik do badań niemowląt – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik do badań niemowląt posiadający front szafki z płyty MDF?

Odpowiedź Ad.50

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 51.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 9 – Stolik do przewijania niemowląt – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania niemowląt posiadający leże/ blat stalowy lakierowany proszkowo wyposażony w materacyk z podwyższonymi boczками, obity pianką poliuretanową i obsyty materiałem pozwalającym na łatwe utrzymanie czystości, odpornym na środki dezynfekcyjne – kolor tapicerki do uzgodnienia?

Odpowiedź Ad.51

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 9 – Stolik do przewijania niemowląt – 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści stolik do przewijania niemowląt posiadający wymiary: wysokość 870 mm, szerokość 900 mm, głębokość 700 mm?

Odpowiedź Ad.52

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 53.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 10 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny posiadający konstrukcję/stelaż w kolorze szarym oraz możliwość wyboru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru)?

Odpowiedź Ad.53

Tak.

Pytanie nr 54.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 10 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 2 małe szuflady, 2 średnie szuflady i 1 dużą szufladę?

Odpowiedź Ad.54

Tak.

Pytanie nr 55.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 10 – Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny posiadający wewnętrzne metalowe prowadnice do szuflad; szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji, fronty i uchwyty szuflad wykonane z tworzywa?

Odpowiedź Ad.55

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 56.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 11 – Wózek opatrunkowy – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach?

- Podstawa wózka wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym. Pozostałe elementy konstrukcyjne wózka, wykonane z aluminium. Całość osłonięta estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania
- Kolorystyka wózka w odcieniach szarości, możliwość wyboru koloru boków wózka oraz akcentów kolorystycznych na frontach szuflad
- Rozmiar: szer. 79 cm, głęb. 61 cm, wys. 100 cm
- Koła o średnicy 120 mm w tym 2 z hamulcami
- Min. 2 szuflady, centralny zamek
- Wyprofilowany górny blat ze zintegrowanym uchwytem do pchania
- Dodatkowe wyposażenie: Listwa nad blatem na dodatkowe wyposażenie o długości ok. 500 mm, 1 pojemnik na odpady tworzywowy mocowany z boku wózka, 1 boczny pojemnik tworzywowy np. na akcesoria mocowany z boku wózka, 1 uchwyt na pojemnik na igły mocowany do listwy akcesoryjnej nad blatem wózka, półka wysuwana z boku, 1 uchwyt na rękawice, 1 uchwyt na płyn do dezynfekcji, półka ze stali na laptop z regulacją wysokości?

Odpowiedź Ad.56

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 57.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 12 – Wózek do rozwożenia leków – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o poniższych parametrach?

- Możliwość zamontowania na wózku laptopa - wózek umożliwia zamontowanie laptopa w taki sposób, by klawiatura była chroniona przed bezpośrednim rozlaniem na nią cieczy
- Możliwość zabezpieczenia przed otwarciem szuflad - mechanizmem zamykany na kluczyk
- Wysuwalna półka na klawiaturę wraz z wysuwaną na bok półką na mysz
- Wózek posiada rozwiązanie ułatwiające zamaskowanie kabli od w/w urządzeń
- Kółka o średnicy min. 100 mm w tym 2 z hamulcami
- Uchwyt umożliwiający komfortowe i bezwysiłkowe prowadzenie wózka
- Szuflady: modułarna budowa systemu szuflad, w zestawie z wózkiem dostarczone minimum dwie szuflady – jedna z kubeczkami na leki, a druga zawierająca dodatkowo separatory do oddzielenia poszczególnych partii leków, moduł z 9 oddzielnymi szufladkami przeznaczonymi na opakowania z lekami
- Wymiary wózka: obszar blatu powierzchni roboczej: 405 mm x 460 mm, wysokość wózka: 1000 mm
- Kolor wózka: odcienie szarości
- Certyfikat CE

Odpowiedź Ad.57

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 58.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 14 – Elektroniczna waga niemowlęca – 2 szt.

M



Czy Zamawiający dopuści elektroniczną wagę niemowlęcą posiadającą tylko zasilanie bateryjne?  
Odpowiedź Ad.58

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 59.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 16 – Szafka wisząca – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wiszącą wykonaną ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź Ad.59

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 60.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 17 – Regał – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści regał wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź Ad.60

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 61.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 18 – Szafki kartotekowe – 7 szt.

Czy Zamawiający dopuści szafki kartotekowe o poniższych parametrach?

- 4-szufladowa szafa kartotekowa o wym. 1380 x 530 x 635 mm
- Korpus szafy wykonany z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowanej
- Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych / format A4 poziomo / na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem
- Centralne ryglowanie szuflad
- Maksymalny wymiar dokumentu 265 x 383 mm
- Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg
- Szafa metalowa malowana jest proszkowo według palety RAL producenta
- Szafki o podwyższonej odporności ogniowej - dwupłaszczowa. Przestrzeń między obu płaszczami wypełniona jest materiałem ognioodpornym.

Odpowiedź Ad.61

Tak.

Pytanie nr 62.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 19 – Wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny wyposażony w pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej (kolor szary)?

Odpowiedź Ad.62

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 63.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 19 – Wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny posiadający wymiary całkowite 1050 x 580 x 1080 mm?

Odpowiedź Ad.63

Tak.

Pytanie nr 64.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 22 – Zestaw gastronomiczny – 40 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zestaw gastronomiczny wyposażony w kubek o poj. 0,28 l?

Odpowiedź Ad.64

Tak.

Pytanie nr 65.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 22 – Zestaw gastronomiczny – 40 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zestaw gastronomiczny wyposażony w talerz płytki 27 cm, 22 cm i 17,8 cm?

M

Odpowiedź Ad.65

Tak.

Pytanie nr 66.

Dotyczy: Pakiet I, poz. 22 – Zestaw gastronomiczny – 40 kpl.

Czy Zamawiający dopuści zestaw gastronomiczny wyposażony w miseczki o poj. 0,38 l i 0,63 l?

Odpowiedź Ad.66

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 67.

Pakiet 1 Poz. 1. Łóżko szpitalne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 16szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1030mm?

Odpowiedź Ad.67

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 68.

Pakiet 1 Poz. 1. Łóżko szpitalne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 16szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko czterosegmentowe, trzy segmenty ruchome?

Odpowiedź Ad.68

Tak.

Pytanie nr 69.

Pakiet 1 Poz. 1. Łóżko szpitalne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 16szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 460-780mm?

Odpowiedź Ad.69

Tak

Pytanie nr 70.

Pakiet 1 Poz. 1. Łóżko szpitalne przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 16szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga w zakresie 0-12stopni?

Odpowiedź Ad.70

Tak.

Pytanie nr 71.

Pakiet 1 Poz. 2. Łóżko dziecięce przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 7szt

Czy zamawiający dopuści łóżeczko o wymiarach 1600 x 765 x 1500mm (dł x szer x wys)?

Odpowiedź Ad.71

Tak.

Pytanie nr 72.

Pakiet 1 Poz. 2. Łóżko dziecięce przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 7szt

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko o prostej konstrukcji, szczyty i barierki zintegrowane z nogami, regulacja segmentu pleców mechanizmem zapadkowym, regulacja wysokości leża systemem zaczepowym?

Odpowiedź Ad.72

Tak.

Pytanie nr 73.

Pakiet 1 Poz. 2. Łóżko dziecięce przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 7szt

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją wysokości leża w zakresie 505-805mm?

Odpowiedź Ad.73

Tak.

ND

Pytanie nr 74.

Pakiet 1 Poz. 2. Łóżko dziecięce przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 7szt

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko z regulacją trendelenburga i anty-trendelenburga w zakresie 0-15stopni?

Odpowiedź Ad.74

Tak.

Pytanie nr 75.

Pakiet 1 Poz. 2. Łóżko dziecięce przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 7szt

Czy Zamawiający dopuści łóżeczko w którym regulacja poręczy bocznym następuje przez ściśnięcie dwóch szczebelek i tym samym zwolnienie blokady (blokada uniemożliwia przypadkowe otwarcie)?

Odpowiedź Ad.75

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 76.

Pakiet 1 Poz. 3. Szafka przyłóżkowa - 25szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę w której kontener zamykany na drzwiczki wyposażony jest w jedną półkę na podręczne rzeczy pacjenta dzielącą tę część szafki na pół?

Odpowiedź Ad.76

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 77.

Pakiet 1 Poz. 3. Szafka przyłóżkowa - 25szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w cztery koła z indywidualną blokadą?

Odpowiedź Ad.77

Tak.

Pytanie nr 78.

Pakiet 1 Poz. 3. Szafka przyłóżkowa - 25szt.

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez mechanizmu samodomykającego?

Odpowiedź Ad.78

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 79.

Pakiet 1 Poz. 4. Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 2szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1030mm?

Odpowiedź Ad.79

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 80.

Pakiet 1 Poz. 4. Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 2szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410-810mm?

Odpowiedź Ad.80

Tak.

Pytanie nr 81.

Pakiet 1 Poz. 4. Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 2szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją trendelenburga w zakresie 0-12stopni?

Odpowiedź Ad.81

Tak.

Pytanie nr 82.

Pakiet 1 Poz. 4. Łóżko szpitalne wraz z wyposażeniem przeznaczone do ogólnej pielęgnacji, rehabilitacji i rekonwalescencji chorych - 2szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą kół parami?

Odpowiedź Ad.82

Tak.

Pytanie nr 83.

Pakiet 1 Poz. 6. Kozetka lekarska – 12 szt.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości 510 mm?

Odpowiedź Ad.83

Tak.

Pytanie nr 84.

Pakiet 1 Poz. 6. Kozetka lekarska – 12 szt.

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o szerokości 550 mm?

Odpowiedź Ad.84

Tak.

Pytanie nr 85.

Pakiet 1 Poz. 7. Taboret lekarski na kółkach – 16 szt.

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jaki rodzaj stelaża taboretu lekarskiego dopuści, ponieważ w opisie jest tylko podane: stelaż – kolor biały?

Odpowiedź Ad.85

Zamawiający nie ingeruje w rodzaj stelaża i konstrukcje taboretu. Ofertowany asortyment ma spełniać wymogi zgodnie z SIWZ (dopuszczenia, certyfikaty etc.)

Pytanie nr 86.

Pakiet 1 Poz. 7. Taboret lekarski na kółkach – 16 szt.

Czy Zamawiający wymaga taboretu lekarskiego malowanego proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź Ad.86

Tak.

Pytanie nr 87.

Pakiet 1 Poz. 7. Taboret lekarski na kółkach – 16 szt.

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski na stelażu chromowanym?

Odpowiedź Ad.87

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 88.

Pakiet 1 Poz. 8. Stolik do badań niemowląt 1 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na front szafki z płyty MDF?

Odpowiedź Ad.88

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 89.

Pakiet 1 Poz. 10. Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny posiadający konstrukcję/stelaż w kolorze szarym oraz możliwość wyboru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru)?

Odpowiedź Ad.89

Tak.

Pytanie nr 90.

Pakiet 1 Poz. 10. Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny wyposażony w 2 małe szuflady, 2 średnie szuflady i 1 dużą szufladę?

Odpowiedź Ad.90

Tak.

Pytanie nr 91.

Pakiet 1 Poz. 10. Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny posiadający wewnętrzne metalowe prowadnice do szuflad; szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji, fronty i uchwyty szuflad wykonane z tworzywa?

Odpowiedź Ad.91

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 92.

Pakiet 1 Poz. 10. Wózek reanimacyjny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

- wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo, z blatem i podstawą z tworzywa ABS
- wymiary:
  - szerokość 600 mm
  - głębokość 500 mm
  - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm,
- Koła o średnicy 125 mm, 2 z blokadą
- zamek centralny
- 5 szuflad, 2 szuflady małe, 3 szuflady średnie, szuflady z prowadnicami stalowymi łożyskowanymi

Odpowiedź Ad.92

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 93.

Pakiet 1 Poz. 11. Wózek opatrunkowy – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o poniższych parametrach?

- Podstawa wózka wykonana ze stali ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym. Pozostałe elementy konstrukcyjne wózka, wykonane z aluminium. Całość osłonięta estetycznym i wysokiej jakości tworzywem HDPE, zawierającym wysokiej gęstości polietylen, odporny na uszkodzenia mechaniczne, dezynfekcję oraz zarysowania
- Kolorystyka wózka w odcieniach szarości, możliwość wyboru koloru boków wózka oraz akcentów kolorystycznych na frontach szuflad
- Rozmiar: szer. 79 cm, głęb. 61 cm, wys. 100 cm
- Koła o średnicy 120 mm w tym 2 z hamulcami
- Min. 2 szuflady, centralny zamek
- Wyprofilowany górny blat ze zintegrowanym uchwytem do pchania
- Dodatkowe wyposażenie: Listwa nad blatem na dodatkowe wyposażenie o długości ok. 500 mm, 1 pojemnik na odpady tworzywowy mocowany z boku wózka, 1 boczny pojemnik tworzywowy np. na akcesoria mocowany z boku wózka, 1 uchwyt na pojemnik na igły mocowany do listwy akcesoryjnej nad blatem wózka, półka wysuwana z boku, 1 uchwyt na rękawice, 1 uchwyt na płyn do dezynfekcji, półka ze stali na laptop z regulacją wysokości?

Odpowiedź Ad.93

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 94.

Pakiet 1 Poz. 11. Wózek opatrunkowy – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek opatrunkowy o następujących parametrach:

- wózek wykonany ze stali lakierowanej proszkowo kolorystyka wg palety RAL do wyboru,
- wózek z blatem z tworzywa ABS, blat z pogłębieniem
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS,
- wymiary:
  - szerokość 600 mm
  - głębokość 500 mm
  - wysokość od podłoża do blatu 1000 mm,
- Koła o średnicy 125 mm, 2 z blokadą
- zamek centralny
- 2 szuflady,

- 2 blaty, blat górny ze zintegrowanym uchwytem do pchania,
- szyna instrumentalna (listwa boczna) x4
- uchwyt na worek na odpady mocowany do szyny
- koszyk na akcesoria chrom lub lakier, z uchwytem na szynę (2 szt.) , Wymiary: 360x160x150 mm
- Pojemnik na zużyte igły z uchwytem na szynę - kpl., średnica 145 mm
- Wysuwany blat boczny x1
- Pojemnik na rękawiczki 50x115x230mm x1
- Uchwyt na płyn do dezynfekcji x1
- Półka pod laptop z regulacją wysokości wymiary: 640x605x1090 mm

Odpowiedź Ad.94

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 95.

X Pakiet 1 Poz. 12. Wózek do rozwożenia leków – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia leków o poniższych parametrach?

- Możliwość zamontowania na wózku laptopa - wózek umożliwi zamontowanie laptopa w taki sposób, by klawiatura była chroniona przed bezpośrednim rozlaniem na nią cieczy
- Możliwość zabezpieczenia przed otwarciem szuflad - mechanizmem zamykany na klucz
- Wysuwalna półka na klawiaturę wraz z wysuwaną na bok półką na mysz
- Wózek posiada rozwiązanie ułatwiające zamaskowanie kabli od w/w urządzeń
- Kółka o średnicy min. 100 mm w tym 2 z hamulcami
- Uchwyt umożliwiający komfortowe i bezwysiłkowe prowadzenie wózka
- Szuflady: modułarna budowa systemu szuflad, w zestawie z wózkiem dostarczone minimum dwie szuflady – jedna z kubeczkami na leki, a druga zawierająca dodatkowo separatory do oddzielenia poszczególnych partii leków, moduł z 9 oddzielnymi szufladkami przeznaczonymi na opakowania z lekami
- Wymiary wózka: obszar blatu powierzchni roboczej: 405 mm x 460 mm, wysokość wózka: 1000 mm
- Kolor wózka: odcienie szarości
- Certyfikat CE

Odpowiedź Ad.95

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 96.

XI Pakiet 1 Poz. 18. Szafki kartotekowe kombinowane – 7 szt.

Czy Zamawiający akceptuje wszystkie szafki kartotekowe bez atestu trudnozapalności?

Odpowiedź Ad.96

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 97.

XII Pakiet 1 Poz. 19. Wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny wyposażony w pokrywy wykonane ze stali kwasoodpornej (kolor szary)?

Odpowiedź Ad.97

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 98.

XII Pakiet 1 Poz. 19. Wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do rozwożenia czystej i brudnej bielizny posiadający wymiary całkowite 1050 x 580 x 1080 mm?

Odpowiedź Ad.98

Tak.

Pytanie nr 99.

Pakiet 1, poz.21 Wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający może określić co ma wchodzić w skład zestawu do mycia okien?

Odpowiedź Ad.99

Skład zestawu do mycia okien:

- kij teleskopowy
- zmywak komplet – uchwyt z przegubem + baranek
- ściągaczka z gumą i ruchomym przegubem

Pytanie nr 100.

Pakiet 1, poz.21 Wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Czy Zamawiający może określić ilość sztuk wyposażenia do wózka sprzątacza? Prosimy o podanie ile ma być dostarczonych ścierek z mikrofibry, mopów kieszeniowych oraz zestawów do mycia okien

Odpowiedź Ad.100

Zamawiający przewiduje zakup około 200 ścierek z mikrofibry, 150 mopów kieszeniowych i 2 zestawów do mycia okien

Pytanie nr 101.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji na 60 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź Ad.101

Nie.

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 102.

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 21 – wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Prosimy o doprecyzowanie:

Ile Zamawiający zamierza kupić mopów a ile ścierek?

Odpowiedź Ad.102

Zamawiający zamierza kupić 150 mopów i 200 ścierek

Pytanie nr 103.

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 21 – wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Prosimy o doprecyzowanie:

Czy ściereki mają być w różnych kolorach i jakich?

Odpowiedź Ad.103

Zamawiający wymaga ścierek w trzech kolorach : żółtym, niebieskim i czerwonym.

Pytanie nr 104.

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 21 – wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Prosimy o doprecyzowanie:

Z jakiego materiału mają być wykonane mopy, rozmiar mopa, chłonność, ściereki – jakie wymiary ścierek.

Odpowiedź Ad.104

Zamawiający wymaga mopów kieszeniowych , standardowych, długości 40 cm wykonanych z mieszanki mikrowłókien i włókien poliestrowych o dużej chłonności i wytrzymałości.

Zamawiający wymaga ścierek z mikrofibry o wymiarach 38 cm na 40 cm

Pytanie nr 105.

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 21 – wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia zapisów – dokumentami i jeśli tak to jakie?

Odpowiedź Ad.105

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106.

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 21 – wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Prosimy o doprecyzowanie:

Czy kij ma być zwykły czy teleskopowy i jaka długość?

Odpowiedź Ad.106

Zamawiający wymaga kija teleskopowego do 4,5 m.

Pytanie nr 107.

Pytanie do pakietu nr 1 poz. 21 – wózek sprzątacza wraz z wyposażeniem

Prosimy o doprecyzowanie:

Zestaw do mycia okien – co ma zawierać – myjka, baranek do niej, ściągaczka oraz kij, i jaki kij teleskopowy czy zwykły, jaka długość?

Odpowiedź Ad.107

Zestaw do mycia okien powinien zawierać: myjkę, baranek do niej, ściągaczkę oraz kij teleskopowy do 4,5 m.

Pytanie nr 108.

Prosimy o wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 21.

Odpowiedź Ad.108

Tak. Zamawiający wydziela poz. 21 z Pakietu nr 1 do Pakietu nr 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Pakiecie nr 3, wadium w Pakiecie nr 1 pozostaje bez zmian.

W Pakiecie 1 poz. 1 i 2 Zamawiający przewiduje dostawę łóżek nonelektrycznych.

Z-ca DYREKTORA ds. MEDYCZNYCH  
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy



dr n. med. Andrzej Krupa

DIETETYCZKA




mgr Ewa Jagodzińska

P.O. KIEROWNIKA  
DZIAŁU TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO



Małgorzata Szkopek

KIEROWNIK  
Sekcji Higieny i Żywności




mgr Jolanta Skrzyszewska

KIEROWNIK  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



inż. Michał Dolata

P.A. NACZELNEJ PIELEGNIARKI  
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy"  
w Dzielniczynie Leśnym



mgr Renata Tarwacka