



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 21.07.2017r.

DZ /251 / VII / 2017

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu na: „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ” – DZ/13/2017.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 13

Pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Cewnika typu Hickman 9,5F, dwuświatłowy, dł. 65cm, sterylny.

Ad.1 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 2

Pozycja 29

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Tamponów anatomicznych wewnątrznosowych z gąbki ze sznurkiem rozmiar: 8cm x 1,5cm x 3cm.

Ad. 2 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 3

Pozycja 48

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha wizytacyjnego, kolor zielony.

Ad. 3 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza .

Pytanie nr 4

Dotyczy: DZ/13/2017, Pakiet nr 6, ilość pozycji 23, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara

co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Ad. 4 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 5

Dotyczy: DZ/13/2017, Pakiet nr 6, ilość pozycji 23, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Ad. 5 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 6

Dotyczy: DZ/13/2017, Pakiet nr 6, ilość pozycji 23, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Ad. 6 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12, pozycji 13 oraz pozycji 14 z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi

Ad. 7 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 200-1500 ml, przestrzeni martwej 54 ml i masie 38g, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 8 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr dla dzieci z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci bez warstwy celulozowej o szerszym zakresie objętości oddechowej 75-1200 ml, o skuteczności filtracji 99,999%, spełniający pozostałe wymagania?

Ad. 9 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o szerszym zakresie objętości oddechowej – powyżej 25 ml, spełniający pozostałe wymagania?

Ad. 10 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 -5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Ad. 11 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dorosłych rozciągliwy w zakresie od 40 cm do 180 cm i dodatkową rurą do worka rozciągliwą w zakresie 40 cm do 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 12 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy dla dzieci rozciągliwy w zakresie od 40 cm do 150 cm i dodatkową rurą do worka rozciągliwą w zakresie 40 cm do 150 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 13 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy do aparatu do znieczulenia Jackson Rees o długości 140 cm, w zestawie z bezłateksowym workiem oddechowym o pojemności 1l, mikrobiologicznie czysty w opakowaniu foliowym?

Ad. 14 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści nebulizatory, maski, wazy tlenowe wykonane z medycznej jakości PCV, ze śladową ilością ftalanów?

Ad. 15 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakietu nr 10 poz. 6-8

Czy Zamawiający dopuści wasy w dwóch rozmiarach – XS i S?

Ad. 16 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza, zapisy zgodnie z SIWZ

Z-ca DYREKTORA ds. EKSPERTYZY I CONTROLLINGU
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym

mgr Anna Cieřlik-Behnke

SPECJALISTA
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylwia Wtulich

PIELEGNIARKA NACZELNA
SZPZOZ im. „Dzieci Warszawy”
w Dziekanowie Leśnym

mgr Renata Tarwacka