



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy  
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**  
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65  
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 18.07.2017r.

DZ / 249 / VII / 2017

### **Wszyscy zainteresowani**

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu na: „Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – DZ/13/2017.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

#### **Pytanie nr 1**

##### **pakiet 9**

poz. 27 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml $\pm$ 0,1 ml, wielkość komory min. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15 $\mu$ m,

- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

- Prosimy o dopuszczenie IS bez zaczepu na dren oraz bez do dodatkowego otworu do umieszczenia igły biorczej po użyciu,

- Prosimy o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

- Prosimy o dopuszczenie IS bez logo producenta na przyrządzie? Nie ma to wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe.

**A.d 1 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ**

#### **Pytanie nr 2**

##### **Poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści TS o składzie: osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, wykonana z PE, igła biorcza dwukanałowa, uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, typ on/off w kolorze

*ND*

czerwonym, komora kroplowa 20 kropli = 1ml  $\pm$  0,1ml; długość komory kroplowej 98mm; elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PCV; pojemność 18ml, filtr krwi o wielkości oczek 200  $\mu$ m i powierzchni filtracyjnej 14,2cm<sup>2</sup>, zaciskacz rolkowy, z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu; regulacja min. 15 mm, dren medyczny o długości 150 cm, wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock, osłonka łącznika luer-lock?

Poz.27 i 28 Prosimy o utworzenie osobnego pakietu z [oz. 27-28. Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

**A.d 2 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza oraz nie wyraża zgody na tworzenie nowych pakietów . - zapis zgodnie z SIWZ .**

### **Pytanie 3**

#### **Pakiet nr 6, pozycja 1 - 2**

Proszę o dopuszczenie neoflonów wykonanych z PUR lub z FEP. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**A.d 3 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

### **Pytanie nr 4**

#### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną, sterylizowaną tlenkiem etylenu, wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm   | Przepływ ml/min |
|------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Zielony    | 18 G                    | 1,20 x 45<br>1,20 x 32 | 90              |
| Różowy     | 20 G                    | 1,00 x 32              | 57              |
| Niebieski  | 22 G                    | 0,80 x 25              | 33              |

**A.d 4 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ .**

### Pytanie nr 5

#### **Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną, sterylizowaną tlenkiem etylenu, wykonaną z PTFE, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radio-cieniującymi, w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 18 G                    | 1,30x 45             | 85              |
| 20 G                    | 1,1 x 32/33          | 55              |
| 22 G                    | 0,90 x 25            | 33              |
|                         |                      |                 |

**A.d 5 Odpowiedz Zamawiającego :** Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 6

#### **Pakiet nr 6, pozycja 8**

Proszę o dopuszczenie kraników z przestrzenią martwą 0,32 ml.

**A.d 6 Odpowiedz Zamawiającego :** Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .

### Pytanie nr 7

#### **Pakiet nr 6, pozycja 11**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków jednorazowego użytku:

- Typ szlif igły otórkowy z bocznym otworem, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu eliminując możliwość dostania się skrawków materiału (guma, tworzywo)
- Boczny otwór na szczycie ogranicza pienienie się leku, swobodne rozpuszczanie leków poprzez skierowanie płynu na ścianki boczne ampułki – fiolki
- Dostępna w rozmiarze 18 G 1,2 x 40 mm oraz 18G 1,2 x 30 mm
- Nietoksyczna, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowana jednostkowo : blister pack
- Opakowanie zbiorcze : 100 sztuk, kartonik
- Zgodne z normą PN-EN-ISO 7864

**A.d 7 Odpowiedz Zamawiającego :** Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 8

#### **Pakiet nr 6, pozycja 12-14**

Proszę o wydzielenie pozycji z pakietu.

**A.d 8 Odpowiedz Zamawiającego :** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu .



**Pytanie nr 9**

**Pakiet nr 6, pozycja 15-19**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**A.d 9 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet nr 6, pozycja 20-21**

Proszę o dopuszczenie igieł do pobierania leków z jednakowym kolorem nasadki i z wyraźnym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym posiadania filtra lub jego braku.

**A.d 10 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 11**

**Pakiet nr 6, pozycja 22**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie bezigłowego zaworu dostępu żylnego z membraną wewnętrzną, która nie wystaje poza obręb koreczka, co wpływa na lepszą aseptykę pracy, z przedłużaczem – łączna długość zaworu z drenem 9,5 cm, objętość wypełnienia 0,15 ml, szybkość przepływu 167 ml/min.

**A.d 11 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 12**

**Pakiet nr 6, pozycja 23**

Proszę o wydzielenie pozycji z pakietu.

**A.d 12 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie nowych pakietów . - zapis zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie nr 13**

**Pakiet nr 9, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawki pakowane a'80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Ad.13 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .**



#### **Pytanie nr 14**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 10**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki j.u. tuberkulinowej z dołączoną igłą iniekcyjną 0,45x13 mm, zamiast 0,45x12 mm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**A.d 14 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .**

#### **Pytanie nr 15**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 1-10**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**A.d 15 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu .**

#### **Pytanie nr 16**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 14-20**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Ad. 16 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu .**

#### **Pytanie nr 17**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 14-20**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi igły. Oferowane przez nas igły są w opakowaniu folia-papier, przez część przezroczystą (foliową) bardzo wyraźnie widać kolor nasadki, który jest zgodny z kodem kolorystycznym, nie sposób pomylić zatem rozmiarów igieł. Gwarantowany kod kolorów na opakowaniu 100 szt.

**A.d 17 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie nr 18**

##### **Pakiet nr 9, pozycja 24-26**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność



postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Ad. 18 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.**

**Pytanie nr 19**

**Pakiet nr 9, pozycja 24**

Proszę o dopuszczenie kanuli z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, o przepływie 13 ml/min. Pozostałe parametry zgodne z siwz.

**A.d 19 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 20**

**Pakiet nr 9, pozycja 27-29**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

**Ad. 20 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.**

**Pytanie nr 21**

**Pakiet nr 9, pozycja 27-28**

Proszę o dopuszczenie przyrządu ze standardowa igłą dwukanałową, z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**A.d 21 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**



**Pytanie nr 22**

**Pakiet nr 9, pozycja 29**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu 0- 300 ml/min. Długość drenu 180 cm. Wyposażony w bezlateksowy port do dodatkowej iniekcji. Możliwość obsługi jedną ręką. Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. Miękka komora kroplowa zakończona ostrym kolcem. Zakończenie dreny luer lock. Nie zawiera lateksu i PHT, DEHP. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jednokrotnego użytku.

**A.d 22 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza - zapis zgodnie z SIWZ.**

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH I CONTROLLINGU  
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym  
*mgr Anna Cieślak-Behnke*

PIELEGNIARKA NACZELNA  
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy"  
w Dziekanowie Leśnym  
*mgr Renata Tarwacka*

KIEROWNIK  
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*inż. Michał Dolata*

19.07.2017r.