



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 19.09.2017r.

DZ / ~~325~~ IX / 2017

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu medycznego RTG dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ / 18 / 2017.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pytania dotyczą -zadania 1 : zakup aparatu jezdny RTG wraz z dostawą , montażem , instalacją , pierwszym uruchomieniem , testami akceptacyjnymi , szkoleniem.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny RTG który posiada częstotliwość generatora 40 kHz ?

Ad.1 Odpowiedz Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania .

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny RTG który posiada regulację zakresu prądu : 25-400 mA ?

Ad.2 Odpowiedz Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny RTG który nie posiada możliwości odczytu i korekty ustawień parametrów ekspozycyjnych z dodatkowego pulpitu na obudowie lampy ?

Ad.3 Odpowiedz Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny RTG który posiada możliwość obrotu lampy wokół osi wysięgnika w zakresie 180 °?

Ad.4 Odpowiedz Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny RTG który posiada możliwość pochylania monobloku / lampy wokół anoda-katoda w zakresie $- 57^{\circ} / + 167^{\circ}$?

Ad.5 Odpowiedz Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści aparat jezdny RTG o szerokości 68 cm ?

Ad.6 Odpowiedz Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

DIREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPOŁU
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Dzieci Wiosną w Górnym Lesie

mgr Robert Lesota

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

inż. Michał Dolata

STANISŁAW NAZIMEK
specjalista radiologii
8963515