



Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 19.09.2017r.

DZ / 323 / IX / 2017

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu na: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – DZ/19/2017.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki Laparoskopowej prostej 0 stopni, sernica 10 mm, długość 330 mm, jako rozwiązanie równoważne ?

Ad.1 Odpowiedz Zamawiającego: Nie ,Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki Laparoskopowej skośnej 30 stopni, sernica 10 mm, długość 330 mm, jako rozwiązanie równoważne ?

Ad.2 Odpowiedz Zamawiającego: Nie ,Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych .

Pytanie nr 3

Dotyczy: zadanie V - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania nagrywarkę do zabiegów Endoskopowych o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne ?

	Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi
1	uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę
2	wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP)
3	Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu w trybie PIP za pomocą jednego przycisku
4	Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym
5	personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
6	możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranim zdjęciom / ikonom na ekranie głównym
7	współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3
8	lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika

9	zapis dźwięku i komentarzy głosowych
10	Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do systemu
11	Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota
12	Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych
13	Obraz: rozdzielczość: NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 × 1024, High Definition 720: 1280 × 720, High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
14	Dźwięk: Wejście/wyjście: Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników
15	Wejścia video: 2xS-Video, 1x sygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080
16	Wyjścia video: 1xS-Video, 1x sygnał kompozytowy, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I)
17	Dwa niezależne kanały video: możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł
18	Opcje zapisu obrazów i sekwencji video: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe
19	Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu video poprzez sieć
20	Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu
21	Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość)
22	Możliwość przeglądania plików video oraz zdjęć na wbudowanym ekranie
23	Moduł obsługi DICOM
24	Pilot zdalnego sterowania urządzeniami
25	Możliwość głosowego sterowania urządzeniami
26	Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny)
27	Możliwość zapisania 500 przypadków
28	Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,
29	Obsługa Wifi
30	Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM
31	Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego
32	Masa całkowita: 10,2kg
33	31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.)

Ad.3 Odpowiedz Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych .

Pytanie nr 4

Zad. 1, poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, światłowód śr. wiązki 4,8mm, lub 6mm, pozostałe parametry bez zmian.

Ad.4 Odpowiedz Zamawiającego : Nie Zamawiający nie wyraża zgody, zapis jak w SIWZ .

Pytanie nr 5

Punkt 3 - Czy Zamawiający pod pojęciem:Wkład do oferowanych nożyczek bipolarnych typ,, Metzembaum" –ilość 1 szt.rozumie: Wkład do oferowanych narzędzi bipolarnych typ.Metzembaum – ilość szt.1?

Ad.5 Odpowiedz Zamawiającego : Tak, Zamawiający pod pojęciem: Wkład do oferowanych nożyczek bipolarnych typ,, Metzembaum" –ilość 1 szt. rozumie: Wkład do oferowanych narzędzi bipolarnych typ.Metzembaum – ilość szt.1?

10

Pytanie nr 6

Zadanie 8 punkt 1,2

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą osłony 340 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Ad.6 Odpowiedz Zamawiającego :Nie ,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania .

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadanie I – Lp. 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści optyki laparoskopowe o długości roboczej 345mm?Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego i nie wpływa niekorzystnie na wartość użytkową laparoskopu.

Ad.7 Odpowiedz Zamawiającego : Nie ,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 8

Dotyczy Zadania I – Lp. 4 Czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy wiązki 4,8mm?Proponowane rozwiązanie nieznacznie odbiega od wymagań Zamawiającego i jest nawet w przypadku dostarczania światła do laparoskopu o średnicy 10mm.

Ad.8 Odpowiedz Zamawiającego : Nie ,Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPÓŁU
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OCHRONY ZDROWIA
im. Dzieci Wschodzącej Gwiazdy w Łodzi

mgr Robert Lasota

KIEROWNIK PIONU ZABIEGOWEGO

Prof. nadzw. dypl. o. n. med.
Beata Jurkiewicz

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

inż. Michał Dolata