



**Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



NIP: 118-134-98-98

Dziekanów Leśny dn. 04.10.2017r.

DZ / 36.1 / X / 2017

Pytania II

Wszyscy zainteresowani

Zamawiający, SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, informuje, że wpłynęły zapytania do SIWZ w postępowaniu na: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” – DZ/19/2017.

Zamawiający przekazuje odpowiedzi wraz z treścią pytań.

Pytanie nr 1 Dotyczy zadania nr 11

Czy dopuszczają urządzenie o wysokiej klasie odporności IP54

Ad. 1 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2 Dotyczy zadania nr 11

Czy dopuszczają fizjologiczne dopasowanie do defibrylacji pediatrycznej, dzięki zmianie nastawień defibrylatora poprzez wpięcie elektrod pediatrycznych do urządzenia.

Ad.2 Odpowiedz Zamawiającego : Zapis zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 3 Dotyczy zadania nr 11

Czy dopuszczają zdalne monitorowanie i ewentualne przeprogramowywanie urządzenia poprzez podłączenie do komputera podłączonego do internetu?

Ad.3 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .

Pytanie nr 4 Dotyczy zadania nr 11

Czy dopuszczają zdalny przesył danych przez port IrDA i/lub USB?

Ad.4 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie .

Pytanie nr 5 Dotyczy zapisów SIWZ, załącznika nr 6 i 7

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww. postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy

Ad.5 Odpowiedz Zamawiającego :Zamawiający potwierdza ,że wystarczające jest złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę uprawnioną (zgodnie z pkt 14 SIWZ)

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 6 i 7

Prosimy o doprecyzowanie czy ww. załączniki składane są razem z ofertą czy wymagane są na wezwanie.

Ad.6 Odpowiedz Zamawiającego : Załączniki 6 i 7 składane są razem z ofertą.

Pytanie nr 7

Dotyczy oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Ad. 7 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 8

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„**Zamawiający** zastrzega sobie możliwość jednostronnego wypowiedzenia umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy w przypadku niedotrzymania przez **Wykonawcę** ustalonego terminu realizacji przedmiotu umowy.”

Ad.8 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie uchybień w terminach określonych w umowie, **Zamawiający** uprawniony będzie do zlecenia wykonania usunięcia wady (awarii) innemu autoryzowanemu serwisowi producenta, na koszt i ryzyko **Wykonawcy**, nie tracąc uprawnień z tytułu gwarancji (rękojmi).”

Ad.9 Odpowiedz Zamawiającego : Zapis zgodnie z SIWZ .

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1, 2, 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5% oraz odpowiednio z 0,2% na 0,1%?

Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy.

Ad.10 Odpowiedz Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i jednocześnie w § 8 dodaje ust.4:

„4)Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych o których mowa w ust. 3 w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy. Odstąpienie od naliczania odsetek liczone będzie od dnia uruchomienia na wyznaczonym stanowisku urządzenia zastępczego.”

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Nieterminowa lub niezgodna z zamówieniem pod względem asortymentu bądź ilości realizacja dostaw lub niewykonanie lub nienależyte wykonywanie innych postanowień umowy daje możliwość **Zamawiającemu** rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Ad.11 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie .

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z wykonania niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów. Zgody takiej jednak nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad12 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie

Pytanie nr 13

Zadanie I – optyka laparoskopowa

Pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści długość optyki 330 mm z zachowaniem pozostałych parametrów ?

AD.13 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania .

Pozycja 2 - czy Zamawiający dopuści długość optyki 330 mm z zachowaniem pozostałych parametrów ?

AD.13.Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania .

Pozycja 4 – czy Zamawiający dopuści światłowód o średnicy 4,8 mm z zachowaniem pozostałych parametrów ?

AD.13Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania .

Pytanie nr 14

Zadanie V – nagrywarka do zabiegów endoskopowych

Czy Zamawiający dopuści system dokumentacji cyfrowej FULL HD o parametrach :

- system DVD - DVD-R/-RW; DVD+R/+RW; DVD-RAM; DVD-RDL/+RDL
- rozdzielczość FULL HD 9020x1080 pikseli
- Dwuwarstwowy napęd DVD
- Format FULL HD obrazów nieruchomych- JPEG, Bitmap
- MPEG 2
- Zapisywanie sekwencji dysku – Twardy dysk, DVD/CD, USB, sieć
- pojemność twardego dysku 500 GB
- System operacyjny – Windows XP
- Łatwe operowanie za pomocą głowicy kamery , myszy lub monitora dotykowego
- zapisywanie obrazów nieruchomych podczas nagrywania video ?

Ad.14Odpowiedz zamawiającego : Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie , pod warunkiem wymaganych zapisów JPG,MPEG4,obrazów filmów JPG odpowiednio dla danych oraz zachowania spełnienia wymogu pamięci wewnętrznej, wewnętrzny dysk twardy 1TB,pamięć zewnętrzna dysk USB pendrive(minimum dwa gniazda USB.)

Pytanie nr 15

Pakiet nr VII

Punkt 1,2

Czy zamawiający dopuści długość osłony 340 mm, reszta parametrów bez zmian

Ad. 15 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie .

Pytanie nr 16

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia dla zadania X do dnia 08.11.2017 r.?

Ad.16 .Odpowiedz Zamawiającego : : Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia dla zadania X do dnia 06.11.2017 r.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia/doprecyzowania do załącznika nr 2 specyfikacja techniczna

Zadanie I: Optyka Laparoskopowa

Czy wymagane w pkt 4 tabelki światłowody mają być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Państwa Szpitala optykami laparoskopowymi i źródłami światła?

AD.17 Odpowiedz Zamawiającego : Tak ,wymagane w pkt 4 tabelki światłowody mają być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Zamawiającego optykami laparoskopowymi i źródłami światła.

Pytanie nr 18

Zadanie II Cystoskopy kompaktowe:

Czy w ramach obniżenia kosztu zakupu przewidujecie Państwo oddanie do dyspozycji oferenta optyk urologicznych w ilości 2 szt (cystoskopu kompaktowego) uszkodzonej, jeśli tak to czy zwrot/przekazanie może nastąpić przy podpisaniu umowy?

Ad.18 Odpowiedz Zamawiającego : Tak, w ramach obniżenia kosztu zakupu przewidujemy oddanie do dyspozycji oferenta optyk urologicznych w ilości 2 szt (cystoskopu kompaktowego) uszkodzonej. Zwrot/przekazanie może nastąpić przy podpisaniu umowy.

Pytanie nr 19

Czy wymagane w pkt 3 tabelki światłowody mają być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Państwa Szpitala optykami cystoskopowymi i źródłami światła?

AD.19 Odpowiedz Zamawiającego : wymagane w pkt 3 tabelki światłowody mają być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Zamawiającego optykami cystoskopowymi i źródłami światła.

Pytanie nr 20

Zadanie VII. Laparoscopia diagnostyczna levd – 1 zestaw

Czy wymagany w pkt 3 tabelki światłowód ma być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Państwa Szpitala optykami i źródłami światła?

Ad.20 Odpowiedz Zamawiającego wymagany w pkt 3 tabelki światłowód ma być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Zamawiającego optykami i źródłami światła

Pytanie 21

Zadanie VII. Laparoscopia diagnostyczna levd – 1 zestaw

Czy wymieniona w pkt 13 tabelki „Prowadnica /kaniula trokaru 10-10,5 mm do kaniuli 100-110 mm- ilość 2 szt” ma być prowadnicą/kaniulą kompletną gotową do wykorzystania zabiegowego tj wraz z tzw gwoździem .

Ad.21 Odpowiedz Zamawiającego :Tak, wymieniona w pkt 13 tabelki „Prowadnica /kaniula trokaru 10-10,5 mm do kaniuli 100-110 mm- ilość 2 szt” ma być prowadnicą/kaniulą kompletną gotową do wykorzystania zabiegowego tj wraz z tzw gwoździem.

Pytanie nr 22

Zadanie VII. Laparoscopia diagnostyczna levd – 1 zestaw

Czy w zapisie pkt 13 tabelki nie nastąpił błąd maszynowy „Prowadnica /kaniula trokaru 10-10,5 mm do kaniuli 100-110 mm” czy nie powinno być... Prowadnica /kaniula trokaru 10-10,5 mm dł. kaniuli 100-110 mm?

Ad.22 Odpowiedz Zamawiającego :Zapis brzmi :Prowadnica /kaniula trokaru 10-10,5 mm dł. kaniuli 100-110 mm .

Pytanie nr 23

Zadanie VIII. Sprzęt do elektrokoagulacji(bipolarne instrumenty) - 1 Zestaw

Czy wymagane w pkt 1 i 2 tabelki narzędzia Laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe maja być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Państwa Szpitala oraz z posiadanymi kablami do wykorzystywanej na Bloku diatermii?

Ad.23 Odpowiedz Zamawiającego : wymagane w pkt 1 i 2 tabelki narzędzia Laparoskopowe modularne bipolarne minimum trzy elementowe maja być kompatybilne/wymienne z posiadanymi przez Blok Operacyjny Zamawiającego oraz z posiadanymi kablami do wykorzystywanej na Bloku diatermii.

Pytanie nr 24

Zadanie VIII. Sprzęt do elektrokoagulacji(bipolarne instrumenty) - 1 Zestaw

Czy wymagany w pkt 3 tabelki „wkład nożyczek bipolarnych typ „ Metzembaum” ma współpracować również z posiadanymi przez Blok Operacyjny Państwa Szpitala narzędziami bipolarnymi, ma być kompatybilny/wymienny?

Ad.24 Odpowiedz Zamawiającego : wymagany w pkt 3 tabelki „wkład nożyczek bipolarnych typ „ Metzembaum” ma współpracować z posiadanymi przez Blok Operacyjny narzędziami bipolarnymi, ma być kompatybilny/wymienny

Pytanie nr 25

Zadanie VIII. Sprzęt do elektrokoagulacji(bipolarne instrumenty) - 1 Zestaw

Czy nie nastąpił błąd maszynowy w zapisie pkt 3 tabelki „Wkład do oferowanych nożyczek bipolarnych typ „ Metzembaum” –ilość 1 szt.” (brak w tym zadaniu wymogu zaoferowania nożyczek bipolarnych) , wg nas powinno być: Wkład do oferowanych nożyczek bipolarnych typ „ Metzembaum,

Ad.25 Odpowiedz Zamawiającego : Tak , Zamawiający wymaga wkład do oferowanych nożyczek bipolarnych typ „ Metzembaum.

Pytanie nr 26

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8:

Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, określonej w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy,
- 2) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części niniejszej umowy brutto określonej w § 3 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niewykonanego w terminie zamówienia,
- 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady/gwarancji – w wysokości 0,2 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych towarów.

Ad. 26 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza powyższego i odsyła do pytania nr 11.

Pytanie nr 27

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt.4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Ad.27 Odpowiedz Zamawiającego : Zamawiający jako załącznik do pytań przekazuje dane z pkt 4. protokołu.

Z-ca DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH I CONTROLLINGU
SZPZOZ im. "Dzieli Warszawy" w Dzielnicy Łąnym

mgr Anna Cieślak-Gembke

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

inż. Michał Dolata

KIEROWNIK
CENTRUM ŁĄCZENIA MUKOWISCYDOZY

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

4. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli czynności w postępowaniu lub czynności związane z przygotowaniem postępowania zostały powierzone osobie trzeciej lub jednemu z zamawiających wspólnie udzielających zamówienia – oprócz imion i nazwisk osób faktycznie wykonujących czynności należy również podać nazwę (firmę) albo imię i nazwisko osoby trzeciej lub nazwę zamawiającego, jeżeli osoby wykonujące czynności w postępowaniu reprezentują zamawiających innych niż wskazany jako prowadzący postępowanie)

A. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Kierownik zamawiającego (imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu):

Robert Lasota

☒ wykonuje czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

☐ nie wykonuje czynności w postępowaniu i przekazał upoważnienie do dokonania następujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

zatwierdzenie zamówienia, kontakt z UZP (merytoryczny), kontakt z wykonawcą (merytoryczny), powołanie komisji przetargowej

Pani/Panu

(podać zakres czynności)

(imię i nazwisko pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, złożył oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w dniu 2017 r..

2. Komisja przetargowa:

☒ została powołana w dniu 31/08/2017 na podstawie ☐ decyzji ☒ zarządzenia ☐ uchwały ☐ lub innego aktu

(załączyć odpowiedni dokument)

w składzie:

Michał Dolata

Sylwia Wtulich

Agnieszka Hryniewicz- Braham

Małgorzata Szkopek

Dorota Sands

Beata Jurkiewicz

(imiona i nazwiska członków komisji)

Członkowie komisji złożyli oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w dniu 2017 r.

☐ nie została powołana, czynności w postępowaniu wykonują (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):

(imię, nazwisko) - (czynność w postępowaniu)

3. Zespół, o którym mowa w art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

☐ został powołany w dniu na podstawie:

(załączyć odpowiedni dokument)

w składzie:

(imiona i nazwiska członków zespołu)

☒ nie został powołany, czynności w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia wykonują:

(imię, nazwisko)

(czynność w nadzorze)

**KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

inż. Michał Dolata

4. Biegli:

- ☐ zostali powołani (imiona i nazwiska biegłych):
- ☒ nie zostali powołani

5. Inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu (wskazać osoby wykonujące czynności w postępowaniu oraz podać zakres czynności):
(imię, nazwisko) - (czynność w postępowaniu)

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu złożyły oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dnia

B. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania

(wskazać osoby, które faktycznie dokonywały czynności określonych w cz. 4 lit. B pkt 1–5, w tym osoby wymienione w cz. 4 lit. A pkt 1–5, jeżeli dokonują tych czynności)

1. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis przedmiotu zamówienia:
Dorota Sands, Beata Jurkiewicz, Łukasz Woźniacki
2. Imiona i nazwiska osób ustalających wartość zamówienia:
Sabina Kłósek
3. Imiona i nazwiska osób przygotowujących opis warunków udziału w postępowaniu:
Dorota Sands, Beata Jurkiewicz, Łukasz Woźniacki
4. Imiona i nazwiska osób opisujących kryteria oceny ofert:
Dorota Sands, Beata Jurkiewicz, Łukasz Woźniacki
5. Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania (wskazać osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania oraz podać zakres czynności):

(imię, nazwisko) - (czynność związana z przygotowaniem postępowania)

C. Informacja na temat relacji określonej w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i podjęte w związku z tym środki zaradcze**D. Informacja na temat okoliczności wymienionych w art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych**

Kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu powziął uzasadnione podejrzenie, że między pracownikami zamawiającego lub innymi osobami zatrudnionymi przez zamawiającego, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania, a wykonawcami zachodziła relacja, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:

- ☐ nie
- ☐ tak, (jeżeli tak, proszę wymienić te osoby z imienia i nazwiska oraz określić rodzaj relacji oraz podjęte w związku z tym środki zaradcze)

Pracownik zamawiającego lub inna osoba, której zamawiający powierzył wykonywanie czynności w postępowaniu, która ma bezpośredni lub pośredni wpływ na wynik postępowania złożyła oświadczenie określone w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w dniu 2017 r.

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

inż. Michał Dolata