



NIP: 118-134-98-98

Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
z siedzibą w **DZIEKANOWIE LEŚNYM**
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziekanów Leśny dn. .03.2018 r.

DZ / / II / 2018

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Materiały do sterylizacji, obłożenia operacyjne i materiały jednorazowe na Blok Operacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – DZ/02/PN/2018”

Na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym udziela wyjaśnień treści SIWZ na zapytania Wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www.szpitaldziekanow.pl bez ujawnienia źródła zapytania.

1. Pytanie do zadania nr 10, pozycja nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli 300 sztuk stazy, czy 300 opakowań/rolek a`25?

Odpowiedź: W opisie wystąpiła pomyłka, Zamawiający oczekuje 300 rolek po 25 sztuk.

2. Pytanie do zadania nr 10, pozycja nr 2

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający ma na myśli opaskę z elastycznych włókien, a nie z gumy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli opaskę z włókien elastycznych.

3. Dotyczy zapisów umowy:

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopisuje do wzoru umowy adres mailowy przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

§ 5 pkt 10 było: „10. Zamawiający do składania zamówień upoważnia kierownika Apteki Zamawiającego”

Jest ” 10. Zamawiający do składania zamówień upoważnia kierownika Apteki Zamawiającego , e-mail :

4. Pytanie do zadania nr 4, pozycja nr 6

Czy w miejsce markera w kolorze zielonym Zamawiający dopuści marker w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści marker w kolorze czerwonym.

5. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 30 g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 30 g/m².

6. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy identyczne jak w pozycji nr 2 przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści fartuchy identyczne jak w pozycji nr 2 przy odpowiednim przeliczeniu zamawianych ilości.

7. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 6

Czy tabliczki mają być wyposażone w klips mocujący je do tac narzędziowych?

Odpowiedź: Tak, tabliczki mają być wyposażone w klips mocujący je do tac narzędziowych.

8. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści szczotki w opakowaniach po 2 sztuki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści szczotki w opakowaniach po 2 sztuki.

9. Pytanie do zadania nr 7, pozycja nr 5

Prosimy o podanie parametrów punktu końcowego sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający podaje parametry punktu końcowego sterylizacji: 134 stopnie C 3,5 minuty i 121°C/15,0 min.

10. Pytanie do zadania nr 7, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści testy wsadu w innych opakowaniach handlowych z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści testy wsadu w innych opakowaniach handlowych z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.



11. Pytanie do zadania nr 1, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający odstąpi od potwierdzeń wydanych przez niezależną organizację i wyrazi zgodę, aby parametry i zgodność z normami zostały potwierdzone na Karcie Danych Technicznych wystawionych przez Producenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg potwierdzeń wydanych przez niezależną organizację. Jakość opakowań ma bardzo ważne znaczenie i dlatego Zamawiający nie chce mieć potwierdzenia deklarowanych przez producenta danych. Na rynku dostępne są produkty, które pomimo deklaracji producentów nie spełniają wymagań stosownych norm.

12. Pytanie do zadania nr 1, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuści rękawy z folią 6-warstwową plus warstwa kleju?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jakość folii wpływa w znaczący sposób na jakość opakowania końcowego w tym wytrzymałość zgrzewu.

13. Pytanie do zadania nr 1, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający dopuści rękawy o temperaturze zgrzewania 180-220°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza rękawy o temperaturze zgrzewania 180-220°C.

14. Pytanie do zadania nr 1, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby takie informacje jak nr LOT i rozmiar, znajdowały się po stronie papieru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby takie informacje jak LOT, rozmiar, kierunek otwierania znajdowały się na papierze pod folią i były widoczne od strony folii.

15. Pytanie do zadania nr 1, wszystkie pozycje

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby symbol kierunku otwierania znajdował się również po stronie papieru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby informacja o kierunku otwierania znajdowała się na papierze pod folią i była widoczna od strony folii.

16. Pytanie do zadania nr 1, pozycja nr 10

Czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 38cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza rękawa o szerokości 38 cm i podtrzymuje wymóg zaoferowania rękawa o szerokości 35 cm w pozycji 10.

17. Pytanie do zadania nr 1, pozycja nr 14

Czy Zamawiający dopuści rękaw 100mm x 40mm x 100m?



Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania rękawa o wymiarach 100mm x 50mm x 100 m.

18. Pytanie do zadania nr 1, pozycja nr 16

Czy Zamawiający dopuści rękaw 200mm x 50mm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania rękawa o wymiarach 200mm x 55 mm x 100m.

19. Pytanie do zadania nr 1, pozycja nr 19

Czy Zamawiający dopuści rękaw 420mm x 90mm x 100m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rękaw o wymiarach 420mm x 90mm x 100m.

20. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 27

Czy Zamawiający dopuści komplety w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dla zróżnicowania wyboru dopuszcza również w zadaniu 13 poz. 27 komplety w kolorze niebieskim.

21. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 27

Czy Zamawiający dopuści komplety wykonane z włókniny SMS o parametrach zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 13 poz. 27 dopuści również komplety wykonane z włókniny SMS z zastrzeżeniem, że zaoferowany produkt musi bezwzględnie spełniać wymogi normy PN EN 13795 – wymagania użytkowe i właściwości dla odzieży dla bloków operacyjnych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



22. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 27

Czy Zamawiający wyłączy pozycję i utworzy z niej nowe zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający z zadania 13 nie wyłączy pozycji 27, która odpowiada zapotrzebowaniu Zamawiającego na jednorazowe włókninowe produkty na blok operacyjny (fartuchy, ubrania operacyjne, serwety operacyjne).

23. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze laminatu min. 57,5 g/m², wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 80 kPa, materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795., opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również w zadaniu 13 poz. 36 serwetę o gramaturze laminatu min. 57,5 g/m², wytrzymałość na wypychanie na mokro min. 80 kPa, materiał spełniający wymagania wysokie normy PN EN 13795 z opakowaniem posiadającym 2 etykiety samoprzylepne. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

24. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 37-41

Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa., gramatura laminatu 56 g/m², wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa, chłonność 570%, nasiąkliwość 27%, materiał spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Opakowanie posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 13 poz. 37-41 podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający ze względu na specyfikę wykonywanych zabiegów m.in. zabiegi ortopedyczne wymaga serwet operacyjnych o wytrzymałości na wypychanie na mokro 274 kPa, spływ cieczy 75%.

25. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 36-41

Czy Zamawiający wyłączy pozycje i utworzy z nich nowe zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający z zadania 13 nie wyłączy pozycji 36-41, która odpowiada zapotrzebowaniu Zamawiającego na jednorazowe włókninowe produkty na blok operacyjny (fartuchy, ubrania operacyjne, serwety operacyjne).

Dotyczy zapisów umowy:

26. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

27. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy wyrażenie „24 miesiące” zostało zastąpione wyrażeniem „12 miesięcy”?

Spełnienie wymogu 2-letniego terminu przydatności jest możliwe, ale wymagałoby zorganizowania specjalnej obsługi dostaw specjalnie dla Zamawiającego, co zwiększałoby koszty logistyczne związane z obsługą dostaw i miałyby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny. Nasuwa się wątpliwość czy wymaganie tak długiego terminu przydatności jest rzeczywiście uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza przechowywać zakupiony towar przez 2 lata?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w załączonym do SIWZ wzorze umowy nie występuje § 4 pkt. 4.

28. Zważywszy na treść § 6 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wskazania w treści umowy procentowego wykorzystania umowy.

29. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 oraz ust. 4 wzoru umowy zostało dodane wyrażenie „pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu”?



Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Dlatego uzasadnione jest dodanie w § 6 ust. 6 wzoru umowy wyrażenia identycznego jak w § 9 ust. 6 wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian umowy w zakresie:

§ 8 ust. 2 zapisów umowy było " 2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w sytuacji kiedy Wykonawca dostarczy trzykrotnie do siedziby Zamawiającego towar złej jakości lub ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem, co pociągnie za sobą reklamacje jakościową lub ilościową"

§ 8 ust. 2 zapisów umowy jest „2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w sytuacji kiedy Wykonawca dostarczy kolejno trzykrotnie do siedziby Zamawiającego towar złej jakości lub ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem, co pociągnie za sobą reklamacje jakościową lub ilościową, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i zobligowaniu go do należytego wywiązania się z umowy”

30. Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie wzoru umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

31. Pytanie do zadania nr 3

Czy zamawiający w zadaniu nr 3 w pozycji nr 1 dopuści fiolkowe wskaźniki biologiczne o szybkim odczycie do pary wodnej o ostatecznym czasie odczytu w autoczytniku po 3 godzinach od rozpoczęcia inkubacji? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści biologiczne wskaźniki fiolkowe o szybkim odczycie do pary wodnej o końcowym odczycie w autoczytniku po 3 godzinach.

32. Pytanie do zadania nr 8. - Koszulki dostępne do moczowodu

Czy Zamawiający dopuści koszulki dostępne do moczowodu renomowanej amerykańskiej firmy Boston Scientific, dostępne w rozmiarach: CH11/CH13, CH12/CH14, CH13/CH15, długościach 28



cm, 36cm oraz 46cm, pokryte na całej długości powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzenie, pierścien w dystalnej części koszulki zwiększający widoczność w fluoroskopii i umożliwiający dokładne pozycjonowanie; koszulka bez systemu rozszerzania końcówki, jednak z wygładzoną profilowaną końcówką, zapewniającą łatwe wprowadzenie płaszcza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza koszulek dostępowych o w/w rozmiarach i długościach. Zamawiający wymaga koszulek zgodnych z zapisem SIWZ, bez rozmiaru CH14/CH16, wpisanym omyłkowo.

33. Pytanie do zadania nr 12, pozycja nr 3-6

Prosimy o wydzielenie poz.3-6 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen?

Odpowiedź: Zamawiający z zadania 12 nie wyłącza pozycji 3-6, która odpowiada zapotrzebowaniu Zamawiającego na jednorazowe produkty na blok operacyjny dedykowane do zabiegów urologicznych.

Poz.3

Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych?

Czy zamawiający wymaga maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

Czy zamawiający wymaga maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

Odpowiedź: Zamawiający w zadaniu 12 pozycja 3 wymaga maski chirurgicznej trzywarstwowej z tasiemkami, materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa oraz troki zgrzewane ultradźwiękowo, zgodną z normą 14683, typ II, BFE \geq 98% zgodnie z EN 14683, klasyfikowaną jako produkt wysokiej jakości (klasa II).

Poz.4

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m², w kolorze zielonym?

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o wymiarach :

w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm \pm 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Czy zamawiający za opakowanie uważa 100 szt. czepków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w zadaniu 12 poz. 4 czepek typu beret, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m² w kolorze zielonym w opakowaniu 100 sztuk. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.



Poz.5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, głębokość ok.13 cm, bez wydłużonej części z możliwością wywinięcia?

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Czy zamawiający za opakowanie uważa 100 szt. czepków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w zadaniu 12 pozycja 5 zapisy SIWZ wymagając czepka chirurgicznego w kształcie furażerki, typu furażerka damska, pakowanego po 100 sztuk; część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia zapewniającego większą aseptykę dla osób posiadających dłuższe włosy.

Poz.6

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 13 cm i wysokości 5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Czy zamawiający uważa za opakowanie zbiorcze 100 szt. czepków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje w zadaniu 12 poz. 6 zapisy SIWZ, wymagając czepka chirurgicznego z opaską dookoła głowy pochłaniającą pot, pakowanego po 100 sztuk, zapewniającego większe bezpieczeństwo operatorom na bloku operacyjnym.

34. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści tylko rozmiar XXL i XL long?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w w/w zadaniu w/w pozycji sterylne, chirurgiczne fartuchy z włókniny spunlance o rozmiarze XXL i XXL long; pozostałe parametry bez zmian.

35. Pytanie do zadania nr 13, pozycja 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS o gramaturze 35 g/m², mankiety o długości min. 6 cm? Rozmiary fartucha M-L (długość rękawa 56 cm), XL (długość rękawa 58 cm), XXL (szerokość pod pachami 74 cm). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w w/w zadaniu w/w pozycjach włókninę SMMS o gramaturze 35 g/m², mankiety o długości min. 6 cm., rozmiary fartucha M- L (długość rękawa 56

cm), XL (długość rękawa 58 cm), XXL (szerokość pod pachami 74 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

36. Pytanie do zadania nr 13, pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym zdolność absorpcji cieczy wynosi 300 %? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w w/w zadaniu w/w pozycji zestaw, w którym zdolność absorpcji cieczy wynosi 300%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

37. Pytanie do zadania nr 13, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m²? Wytrzymałość na wypychanie na mokro 215 kPa, zdolność absorpcji cieczy >100 %. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również w w/w zadaniu w/w pozycji serwetę na stolik Mayo o gramaturze materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m²; wytrzymałość na wypychanie na mokro 215 kPa, zdolność absorpcji cieczy >100 %. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

38. Pytanie do zadania nr 13, pozycja 14

Czy zamawiający dopuści w miejsce fartucha endoskopowego sterylne fartuch chirurgiczny - zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMS (gramatura 35 g/m²), o właściwościach hydrofobowych?

Odpowiedź: Zamawiający ze względu na charakter wykonywanych operacji – operacje „mokre” z dużą ilością płynów podtrzymuje zapis SIWZ i nie dopuszcza w zadaniu 13 pozycja 14 innego fartucha niż fartuch endoskopowy dedykowany do tego rodzaju operacji.

39. Pytanie do zadania nr 13, pozycja 17

Czy zamawiający dopuści jałowe rękawice chirurgiczne do rozmiaru 9,0?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ ze względu na charakter wykonywanych operacji – operacje ortopedyczne oraz operatorzy uczestniczący w tych operacjach wymagają zabezpieczenia w rękawice o pełnej rozmiarówce, czyli do rozmiaru 9,5.

40. Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w nazewnictwie. Czy załącznik powinien mieć nazwę „Wykaz dostaw” (a nie „Wykaz usług”)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nastąpiła drobna omyłka pisarska. Jest „wykaz usług”, powinno być „Wykaz dostaw”. Zamawiający dołącza zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ.



41. Pytanie do zadania nr 9

Zamawiający w Zadaniu nr 9 wymaga butów będących wyrobem medycznym. W ofercie posiadamy obuwie ochronne przeznaczone do użytku na salach operacyjnych i zabiegowych, wykonane z tworzywa sztucznego z otworami wentylacyjnymi, antypoślizgowe, antystatyczne.

Czy Zamawiający dopuści obuwie ochronne, nie będące wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zadaniu 9 pozycja 1 butów ochronnych przeznaczonych do użytku na salach operacyjnych, wykonanych z tworzywa sztucznego ułatwiającego w razie potrzeby sterylizację produktu, wyposażone w otwory wentylacyjne, górna część buta zabezpiecza przed dostaniem się cieczy do wnętrza obuwia, antypoślizgowe, antystatyczne.

42. Pytanie do zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści obuwie podlegające praniu i dezynfekcji, bez możliwości sterylizacji?

Odpowiedź: Ze względu na wysoką aseptykę wymaganą na bloku operacyjnym Zamawiający oczekuje butów ochronnych przeznaczonych do użytku na salach operacyjnych, wykonanych z tworzywa sztucznego ułatwiającego w razie potrzeby sterylizację produktu.

43. Pytanie do zadania nr 8:

Prosimy o doprecyzowanie czy koszulki dostępne moczowodu mają być w rozmiarach: Ch10/ch12 oraz Ch12/ch14, zgodnie z zapotrzebowaniem ilościowym określonym w poz. 2-5 zadania 8 (bez omyłkowo wstawionego rozmiaru ch14/ch16 w opisie poz.1), spełniające pozostałe wymogi siwz?

Odpowiedź: Tak, koszulki dostępne moczowodu mają być w rozmiarach: Ch10/ch12 oraz Ch12/ch14, Zamawiający omyłkowo wstawił rozmiar CH14/CH16.

44. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 21-25:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji, zatem niezwiązany jest on funkcjonalnie z pozostałymi pozycjami. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, ponieważ dąży do maksymalnego zmniejszenia liczby pakietów. Wszystkie opisane w pakiecie pozycje są niezbędne do prawidłowej pracy jednej jednostki organizacyjnej Szpitala, tj. Działu Centralnej Sterylizacji.

45. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 21 i 22:

Czy Zamawiający dopuści etykiety o sześciu polach informacyjnych kolejno: 1 rząd: data procesu, numer sterylizatora, 2 rząd: data ważności, numer cyklu, 3 rząd: nr operatora, kod procesu?

Odpowiedź: Zamawiający, ze względu na konieczność przejrzystej informacji na etykiecie i łatwego odczytu niezbędnych informacji podtrzymuje zapisy SIWZ.



46. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 21 i 22:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje w pozycji 21-400 rolek i w pozycji 22-30 rolek, czy też w pozycji 21-400op.po 10 rolek i w pozycji 22-30op. po 10 rolek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 40 opakowań po 10 rolek w pozycji 21 a w pozycji 22 - 30 opakowań po 10 rolek.

47. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 24:

Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające 17 miejsc do zaprotokołowania cykli (na jednej stronie 8, a na drugiej 9 miejsc)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga, aby koperty umożliwiały zapis odpowiednio minimum 18 i 16 cykli.

48. Pytanie do zadania nr 6, pozycja nr 25:

Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające 15 miejsc do zaprotokołowania cykli (na jednej stronie 7, a na drugiej 8 miejsc)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga, aby koperty umożliwiały zapis odpowiednio minimum 18 i 16 cykli.

49. Pytanie do zadania nr 7, pozycja nr 1-4

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wszystkie opisane w pakiecie wyroby służą do kontroli procesów odbywających się w Dziale Centralnej Sterylizatorni.

50. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego typ testów w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę akredytowaną? Testy nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści przedstawienia dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego typ testów w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę akredytowaną. Zamawiający w pkt 8 ppk 8.2 SIWZ wskazał, iż „oferowany przedmiot zamówienia posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania wyrobu medycznego (o ile dotyczy - certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności), zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2017r, poz. 211) - dokumenty te zostaną udostępnione na każde żądanie Zamawiającego”.



51. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk.

52. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C). We wprowadzeniu do normy PN-EN ISO część 1 określa się wymagania eksploatacyjne i/lub metody badania wskaźników medycznych przeznaczonych do użycia w procesach sterylizacji wykorzystujących parę wodną, suche gorące powietrze, tlenek etylen^u, promieniowanie γ lub β , niskotemperaturową parę wodną – formaldehyd lub pary nadtlenu wodoru.

53. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

54. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

55. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

56. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

57. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach a' 250 pasków, z których każdy dzieli się na dwa testy, co razem daje 500 testów / opak.?

Ilość opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.



51. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk.

52. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C)?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10C). We wprowadzeniu do normy PN-EN ISO część 1 określa się wymagania eksploatacyjne i/lub metody badania wskaźników medycznych przeznaczonych do użycia w procesach sterylizacji wykorzystujących parę wodną, suche gorące powietrze, tlenek etylenu, promieniowanie γ lub β , niskotemperaturową parę wodną – formaldehyd lub pary nadtlenu wodoru.

53. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

54. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

55. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

56. Pytanie do pakietu nr 4, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza tolerancję szerokości taśmy +/- 1 mm.

57. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach a' 250 pasków, z których każdy dzieli się na dwa testy, co razem daje 500 testów / opak.?

Ilość opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniach a' 250 pasków, z których każdy dzieli się na dwa testy, co razem daje 500 testów / opak. Ilość opakowań zostanie odpowiednio przeliczona.

58. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 2, 3 i 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodność wskaźnika emulacyjnego typu 6 z normą referencyjną była potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej?

Testy emulacyjne typ 6 musi cechować niezwykła precyzja i dokładność (wg normy ISO 11140-1: tylko 1°C i 6% czasu tolerancji od zadanych parametrów).

W/w certyfikat jest najbardziej wiarygodnym potwierdzeniem spełnienia tych wymagań. Certyfikat posiada symbol oraz nazwę produktu, nazwę producenta, numer i część normy, do której się odnosi. Na rynku dostępne są produkty, które nie spełniają wysokich wymagań normy PN-EN ISO 11140-1 pomimo deklaracji i oświadczeń producenta testu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zgodność wskaźnika z aktualną normą była potwierdzona przez jednostkę akredytowaną lub przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

59. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

60. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

61. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 400 szt. + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza testy zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniu a' 400 szt. + przyrząd PCD, z odpowiednim przeliczeniem ilości (z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania).

62. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 5



Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga testów dostosowanych do procesu sterylizacji 134°C/5,3 min • 121°C/15,0 min czy 134°C/7,0 min • 121°C/20,0 min?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania testów dostosowanych do procesów sterylizacji 134 °C/3,5 min i 121°C/15,0 min.

63. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z EN ISO 15883-1, do zastosowania z odpowiednim uchwytem zapewniającym kontrolę mycia z czterech różnych kierunków, opakowaniu a' 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymaga wskaźników do kontroli narzędzi rurowych w związku z powyższym nie wymaga kontroli skuteczności mycia z 4 różnych kierunków.

64. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 7

Czy Zamawiający wymaga, by test był dostosowany również do kontroli skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by test był dostosowany również do kontroli skuteczności mycia w myjni ultradźwiękowej, gdyż opisany test służyć będzie do kontroli narzędzi rurowych.

65. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 7

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wymaga wskaźników do kontroli narzędzi rurowych w związku z powyższym nie wymaga kontroli skuteczności mycia z 4 różnych kierunków.

66. Pytanie do pakietu nr 7, pozycja nr 9

Czy Zamawiający dopuści test kontroli zgrzewu do zastosowania z opakowaniem papierowo-foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści test kontroli zgrzewu wykonany z identycznych surowców jak opakowania papierowo – foliowe.

67. Pytanie do pakietu nr 10, pozycja nr 1

Prosimy do doprecyzowanie, jakiej ilości staz oczekuje Zamawiający, gdyż w opisie przedmiotu zamówienia jest zapis „100 rolek”.

Czy Zamawiający oczekuje 300 szt. staz (12 rolek a'25 szt.), czy 300 rolek a'25 szt.?

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia wystąpiła pomyłka. Zamawiający oczekuje 300 rolek po 25 szt.

68. Pytanie do pakietu nr 4 pozycja nr 1

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

Czy Zamawiający wymaga, aby test był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w języku polskim. Dopuszcza ale nie wymaga, aby test był samoklejący.

69. Pytanie do pakietu nr 4 pozycja nr 2-5

Czy Zamawiający wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby taśma ze wskaźnikiem ze względów bezpieczeństwa dla ochrony wyrobu medycznego nie posiadała lateksu oraz ołowiu, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO ZESPÓŁU
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
m. Dzieci Warszawy w Szkiełkowie Leśnym

mgr Robert Lasota

KIEROWNIK BLOKU OPERACYJNEGO
I CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

mgr Joanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY

Piotr Parjeszewski
Wa-13492

STARSZY SPECJALISTA
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Sylvia Wtulich

SPECJALISTA
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Wioletta Burzyńska

Materiały do sterylizacji, obłożenia operacyjne i materiały jednorazowe na Blok Operacyjny SZPZOZ
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Znak sprawy: DZ/02/PN/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWA nr

zawarta dnia r. w Dziekanowie Leśnym, pomiędzy:
Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą
w Dziekanowie Leśnym przy ul. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000072265, NIP: 118-13-49-898,
Regon: 000291210

reprezentowanym przez:

Robertą Lasotę – Dyrektora

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON: oraz NIP:,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

..... zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1

2

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą

..... z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON:

..... oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą

..... z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON:

..... oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,

oraz

(imię i nazwisko), przedsiębiorcą działającym pod firmą

..... z siedzibą w przy ulicy, posiadającym REGON:

..... oraz NIP:, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,

zwaną dalej „Wykonawcą”

łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Materiały do sterylizacji, obłożenia operacyjne i materiały jednorazowe na Blok
Operacyjny – DZ/02/PN/2018”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej
jako „Pzp”), została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów do sterylizacji, obłożeni operacyjnych i materiałów jednorazowych na Blok Operacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, zgodnie ze złożonym formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy i opisem przedmiotu zamówienia będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy asortymentu (dalej również jako „towar” bądź „produkt”), zgodnie ze złożoną ofertą, w zamówionych ilościach i uzgodnionych terminach dostaw.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca dostarcza asortyment, po cenach jednostkowych określonych w załączniku Nr 2 do umowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ

6. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, niezrealizowania dostawy lub dostarczenia asortymentu niezgodnie z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do nabycia towaru u innego dostawcy (zakup interwencyjny). W takim przypadku zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy oraz jej wartość, a Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną asortymentu zamówionego u Wykonawcy, a ceną asortymentu zakupionego interwencyjnie. Strony ustalają, że zapłata w/w kwoty nastąpi przez potrącenie z wymagalnej wierzycelności Wykonawcy.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamawianego asortymentu odpowiednich opakowaniach zapewniających należyte zabezpieczenie jakościowe przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniem, itp.
8. Wszelkie koszty i ryzyko związane z reklamacją ponosi Wykonawca.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obniżenia jakości asortymentu poniżej określonego w postępowaniu, w trakcie obowiązywania umowy.
10. Zamawiający do składania zamówień upoważnia **kierownika Apteki Zamawiającego, e-mail :**
.....

Z komentarzem [U1]: Zmiana wprowadzona pytaniami

§ 6

1. Strony ustalają, że rozliczenie za dostarczony asortyment nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po realizacji zamówienia.
2. Płatność za dostarczony asortyment będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowej faktury VAT. Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
5. Zamawiający nie ponosi żadnych konsekwencji wobec Wykonawcy związanych z nieprawidłowym zastosowaniem i naliczeniem nieodpowiedniej stawki podatku od towarów i usług dotyczącej przedmiotu umowy.
6. Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy czy też zmiana ilości zamówionego asortymentu nie może stanowić podstawy roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego w zakresie wykonania niniejszej umowy i nie ma wpływu na wykonanie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy, w stosunku do czego Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego asortymentu, dostarczenia niezgodnej z zamówieniem ilości Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć reklamację w przypadku:
 - a) wad jakościowych - w terminie do 2 dni roboczych,
 - b) dostarczenia niezgodnej z zamówieniem ilości środków - w terminie do 3 dni kalendarzowych.Brak odpowiedzi w tym terminie będzie uznawany za uznanie reklamacji.
2. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru.
4. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru dostarczonego asortymentu, co do którego Zamawiający wniósł zastrzeżenia i dostarczenia zamówionego asortymentu na własny koszt i ryzyko:
 - a) w przypadku wad jakościowych - do 2 dni roboczych,
 - b) w przypadku dostarczenia niezgodnego z zamówieniem asortymentu lub ilości środków - do 2 dni roboczych.

§ 8

1. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania warunków umowy i bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w sytuacji kiedy Wykonawca dostarczy **co najmniej** trzykrotnie do siedziby Zamawiającego towar złej jakości lub ilości niezgodnej ze złożonym zamówieniem, co pociągnie za sobą reklamacje jakościową lub ilościową, **po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i zobligowaniu go do należytego wywiązania się w umowie.**
3. Umowa wygasa z chwilą wyczerpania wartości umowy określonej w § 3 ust. 1.

Z komentarzem [U2]: Zgodnie z odpowiedziami na pytania

Materiały do sterylizacji, obłożenia operacyjne i materiały jednorazowe na Blok Operacyjny SZPZOZ
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Znak sprawy: DZ/02/PN/2018

Załącznik nr 4 do SIWZ


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe z związku z zawarciem albo wykonaniem niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą w drodze negocjacji.
3. W przypadku nie dojścia do porozumienia, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia z propozycją ugodową przez jedną ze Stron, spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Umowa sporządzona została w trzech jednoznacznych egzemplarzach, dwie dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. Załączniki stanowiące integralną część powyższej umowy
 - a. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 - b. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



WYKAZ DOSTAW

Przetarg nieograniczony na: **Materiały do sterylizacji, obłożenia operacyjne i materiały jednorazowe na Blok Operacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym**
Znak sprawy: DZ/02/PN/2018

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przedmiot	Wartość (brutto)	Data wykonania (data rozpoczęcia - data zakończenia)	Odbiorca

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy