



Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy  
z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM  
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65  
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



Dziekanów Leśny dn. 23.01.2018r.

DZ / 12/ / 2018

## Wszyscy uczestnicy

Dotyczy : pytania i odpowiedzi do postępowania na : „Dostawę odczynników dla potrzeb ZDL (DZ/01/ZO/2018).”

Zamawiający przekazuje pytania wraz z odpowiedziami do postępowania na „ Dostawę odczynników dla potrzeb ZDL (DZ/01/ZO/2018).”

dot. Zadanie nr 1: Odczynniki do serologii mikrometodą kart z żelam separującym

1. Czy Zamawiający w ramach pakietu 1, ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny (zwłaszcza wyrobów krwinkowych) dopuści, aby dostawy odbywały się wg załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok z jednoczesnym zapewnieniem możliwości dostaw pilnych (na cito) w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?  
**Odpowiedz Zamawiającego : Tak zamawiający dopuszcza .**
2. Czy Zamawiający dopuści termin załatwienia reklamacji dla pakietu 1 wynoszący 14 dni, co podyktowane jest procedurą producenta i jego siedzibą poza granicami RP?  
**Odpowiedz Zamawiającego : Nie dopuszcza.**
3. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie oferowane produkty pochodziły od jednego producenta?  
**Odpowiedz Zamawiającego : Tak Zamawiając wymaga aby wszystkie oferowane produkty pochodziły od jednego producenta.**
4. Czy w poz. 3 formularza asortymentowo – cenowego (załącznik nr 1 do SIWZ) nie doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie opisu kolumny „Opis opakowania” i czy proponowana ilość „ok. 550 kart” nie powinna dotyczyć ilości badań, czyli właściwie winno być „ok. 550 badań” z 1 opakowania przyjmując założenie, że na wymaganej 1 karcie złożonej z 6 kolumn wykonuje się 2 badania screeningu przeciwciał PTA LISS?  
**Odpowiedz Zamawiającego : Nie, chodzi o wykonywanie min. 1100 badań.**
5. Czy w poz. 5 formularza asortymentowo – cenowego Zamawiający dopuści, zaoferowanie 2 opakowań kart do BTA o wskazanym profilu, w opakowaniach które zawierają po 12 kart?  
**Odpowiedz Zamawiającego : Tak zamawiający dopuszcza**
6. Czy w poz. 8 formularza asortymentowo – cenowego Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 opakowań handlowych po 200 ml (tj. każde zawierające 2 buteleczki po 100 ml)?  
**Odpowiedz Zamawiającego : Tak zamawiający dopuszcza**



**Samodzielny Zespół Publicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
im. Dzieci Warszawy**  
**z siedzibą w DZIEKANOWIE LEŚNYM**  
05-092 Łomianki ul. Marii Konopnickiej 65  
fax. (0-22) 751 27 07, tel. (0-22) 765 71 00



7. Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający w zakresie zadania nr 1 wymaga posiadania certyfikatów jednostki notyfikowanej zgodnie z dyrektywą CE98/79/WE dla oferowanych odczynników z poz. 1-4? Dla opisanego odczynnika (karty) z poz. 5, jako wyrobu zaklasyfikowanego przez producenta jako wyrób medyczny do diagnostyki in vitro – grupa pozostałe (inne niż lista A czy lista B), przy przeprowadzaniu oceny zgodności produktu nie uczestniczą jednostki notyfikowane, produkt natomiast zgodnie z dyrektywą 98/79/WE posiada deklarację zgodności CE.

**Odpowiedz Zamawiającego : Tak ,oczywista omyłka.**

8. Prosimy o potwierdzenie czy w pkt 4 parametrów ocenianych Zamawiający ma na myśli np. pozytywną opinię dla oferowanej mikrometody wydaną przez IHiT w Warszawie?

**Odpowiedz Zamawiającego : Tak .**

**Dotyczy zadania 2 , poz 7 – standard anty-D do mikrometody.**

9. Czy Zamawiający dopuści opinie/akceptacje RCKiK lub innego użytkownika ?


**Odpowiedz Zamawiającego : Tak dopuszcza.**


10. Czy Zamawiający potwierdzi ,że wymaga aby standard anty D mikrometoda był stabilny do daty określonej na etykiecie. ?

**Odpowiedz Zamawiającego : Tak**

11. Do jakiej mikrometody ( DiaMed czy Johnson&Johnson lub innej ) ma być zwalidowany odczynnik z pozycji 7 przez producenta zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 r. ?

**Odpowiedz Zamawiającego : Standard anty – d nie jest odczynnikiem tylko materiałem kontrolnym.**

  
Kierownik Laboratorium  
mgr Katarzyna Filipowicz  
Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej

  
I-czo DYREKTORA ds. EKONOMICZNYCH I CONTROLLINGU  
SZPZOZ im. "Dzieci Warszawy" w Dziekanowie Leśnym

mgr Anna Chęć-Behnke